

Bắc Bình, ngày 06 tháng 06 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua hệ thống X quang C-Arm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Hữu Thời
ĐT: 0336 434 020
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm lập dự toán và báo giá nội dung công việc thực hiện như trên có đóng dấu, gửi chuyên phát nhanh có **NIÊM PHONG** về:

Hội đồng mua sắm Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Quý công ty gửi thư đăng ký tên công ty và thông báo qua ĐC mail: hdmuasambvbacbinh@gmail.com để hội đồng tiện theo dõi.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 06 tháng 06 năm 2024 đến trước 14h ngày 15 tháng 06 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị cần báo giá như sau:

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan khác
1	Hệ thống X quang C -Arm	Hệ thống	01	Phụ lục đính kèm
2	Dụng cụ phẫu thuật	Bộ	01	

- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: "TỈNH BÌNH ĐỊNH" at the top, "BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC BÌNH THUAN" in the center, and "QUẬN NGUYỄN TRƯỜNG KIẾT" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nguyễn Xuân Thống

PHỤ LỤC: CẤU HÌNH, CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 06/06/2024 Mua hệ thống X quang C-Arm)

1. Hệ thống X quang di động C-Arm kỹ thuật số DR

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU		
I	YÊU CẦU CHUNG		
1	Năm sản xuất: 2023 trở về sau, máy mới 100%		
2	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485: 2016, CE		
3	Nguồn điện: 1 pha, 230 VAC ± 10%		
4	Môi trường hoạt động:		
	- Nhiệt độ tối đa: 40 °C (đối với máy chính)		
	- Độ ẩm tối đa: 75%		
5	Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt		
6	Bộ áo chì đầy đủ cho phẫu thuật viên: 3 bộ		
7	Yếm chì: 3 bộ		
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH		
1	Thân máy chính mang cánh tay chữ C	01	Bộ
2	Nguồn phát cao tần	01	Bộ
3	Bóng x-quang	01	Cái
4	Bộ chuẩn trực 3hình tia	01	Bộ
5	Bộ định vị laser tích hợp	01	Bộ
6	Bộ thu nhận (tạo ảnh)	01	Bộ
7	Bộ điều khiển gồm:	01	
	- Bảng điều khiển	01	Cái
	- Bàn đạp chân điều khiển phát tia	01	Cái
	- Tay cầm điều khiển phát tia	01	Bộ
8	Trạm xử lý, lưu trữ, hiển thị hình ảnh	01	Bộ
9	Màn hình hiển thị hình ảnh 27 inches	01	Cái
10	Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh	01	Bộ
III	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT		
1	Nguồn phát X-quang - Công suất nguồn phát: 3.5 KW - Tần số làm việc: 50 KHz Dải KV: 40 KVP đến 120 KVP - Dòng mA: • Chế độ chiếu xung đơn: 20 mA • Chế độ chiếu liên tục: 25 mA • Chế độ chụp kỹ thuật số: 25 mA		


	- Dài mAs: 1 đến 20 mAs
2	Bóng phát tia - Tiêu điểm: <ul style="list-style-type: none"> • Tóc nhỏ: 0,6 mm • Tóc lớn: 1,2 mm - Công suất trừ nhiệt của A nốt: 80 KHU
3	Bảng điều khiển - Màn hình cảm ứng tích hợp trên xe đẩy tay C
4	Thân máy chính - Khoảng cách tiêu điểm bóng phát tia tới tấm cảm biến: 970 mm - Độ sâu tay C: 650 mm - Khoảng không trong tay C: 811 cm - Tay C di chuyển xoay: +/-180° - Khoảng Mô tơ nâng hạ tay C: 430 mm - Tay C di chuyển nghiêng: 120 độ - Góc xoay tay C qua hai bên: ± 12.5° - Tay điều khiển có thể quay +/- 90 độ cho phép máy chính di chuyển thẳng hoặc chéo sang cả 2 bên
5	Tấm cảm biến - Bề mặt chuyển đổi: CsI - Kích thước thu tín hiệu: 21cm x 21cm - Ma trận điểm ảnh: 1024 X 1024 - Kích thước điểm ảnh: 205µm - Chuyển đổi số/ tương tự: 16 bit
6	Tính năng phần mềm - Thu nhận hình ảnh - Xử lý hình ảnh - Bộ chuẩn trực: <ul style="list-style-type: none"> • Bộ chuẩn trực có chế độ xem nhanh hình ảnh - Mô-đun DAP - Liều đầy đủ, Liều lượng một nửa và Liều lượng hàng quý - Các tính năng theo chuẩn DICOM - Lưu trữ: <ul style="list-style-type: none"> • Ổ cứng có dung lượng 10,000 hình ảnh lưu trữ - Kết nối PACS

	<ul style="list-style-type: none"> • Có thể cấu hình cấu hình gửi nhiều PACS. • Lựa chọn một / nhiều hình ảnh để chuyển vào PACS / Máy trạm
IV	YÊU CẦU KHÁC
1	Giá báo giá bao gồm chi phí lắp đặt, bảo hành tại đơn vị sử dụng, bao gồm chi phí nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.
2	Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng, thời gian giao hàng trong vòng 90 ngày sau khi ký hợp đồng
3	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. Sau thời gian bảo hành nhà cung cấp phải đảm bảo cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế trong vòng 10 năm.
4	Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo

2. Dụng cụ phẫu thuật

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
I	YÊU CẦU CHUNG
1	Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%
2	Giá báo giá bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng tại đơn vị sử dụng, chi phí nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
1	<p>Bộ Dụng Cụ Định Nội Tuỷ Đầu Trên Xương Đùi gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khớp nối : 01 - Dẫn khoan : 01 - Clê hai đầu : 01 - Tay cầm chữ T: 01 - Tuốc nơ vít : 01 - Dẫn khoan : 01 - Clê chữ L : 01 - Clê chữ L : 01 - Dẫn khoan : 01 - Dẫn khoan : 01 - Mũi khoan có tay cầm chữ T : 01 - Thước đo độ sâu 10-100mm : 01





- Mũi khoan dk 5.2x300mm : 01
- Mũi khoan dk 4.0x300mm : 01
- Mũi khoan dk 4.0x300mm : 01
- Mũi khoan ống tủy dk 10mm : 01
- Mũi khoan ống tủy dk 11mm : 01
- Mũi khoan ống tủy dk 12mm : 01
- Mũi khoan ống tủy dk 13mm : 01
- Dùi mũi kim cương : 01
- Dẫn chỉ thép : 01
- Búa giật trượt : 01
- Thanh dẫn hướng : 01
- Thanh nối : 01
- Tay vận chốt đinh : 01
- Dụng cụ định vị lỗ bắt vít : 01
- Thanh định hướng đinh xương dùi : 01
- Ốc khóa : 04 (Mã A1200-0328; A1200-0329; A1200-0330; A1200-0331)
- Dụng cụ cố định hình chữ U : 01
- Dụng cụ gập góc đo Đinh có chia độ : 01
- Tay cầm dùng để chèn / nối : 01
- Dụng cụ dẫn hướng đầu dưới : 01
- Hộp đựng dụng cụ : 01

2	Kẹp giữ xương KERN dài 210mm có khóa	02 Cái
3	Kẹp giữ xương Lane, có khóa, có răng chuốt, dài 320mm	01 Cái
4	Nạy xương BENETT dài 235mm bán rộng 45mm, đầu nạy 25mm	01 Cái

5	Kẹp giữ xương giò gà LOWMAN dài 205mm	01 Cái
6	Tuốt màng xương LANGENBECK sắc bén dài 190 rộng 16mm	01 Cái
7	Kẹp gập xương LEKSELL-STILLE cong dài 240mm gập rộng 8x16mm	01 Cái
8	Máy khoan xương dùng pin	01 Cái
9	Mũi khoan 2.5 dài 200mm	05 Cái
10	Mũi khoan 3.2 dài 200mm	05 Cái
11	Mũi khoan 4.5 dài 200mm	05 Cái
12	Ống dẫn khoan 2.5/3.5	01 Cái
13	Ống dẫn khoan 2.5/3.5	01 Cái
14	Ống dẫn khoan 2.5/3.5	01 Cái
15	Tua vít lục giác 2.5mm dài 250mm	01 Cái
16	Tua vít lục giác 3.5mm dài 250mm	01 Cái

