

Bắc Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Máy đo tật khúc xạ với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Kỹ sư: Phạm Hữu Thời ĐT: 0902402829
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm lập dự toán và báo giá nội dung công việc thực hiện như trên có đóng dấu, gửi chuyển phát nhanh có **NIÊM PHONG** về :

Hội đồng mua sắm Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Quý công ty gửi thư báo giá chuyển phát nhanh như trên + gửi thư đăng ký tên công ty (không gửi báo giá qua mail) qua ĐC mail: [hdmuasambvbacbinh@gmail.com](mailto:hdmuasambvbacbinh@gmail.com) để hội đồng tiện theo dõi.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 16h ngày 26 tháng 7 năm 2023 đến trước 16h ngày 05 tháng 8 năm 2023**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, **kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2023**

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị cần báo giá như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy đo tật khúc xạ	<b>Các chế độ đo</b> - Chế độ Đo độ cong giác mạc và khúc xạ	01	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chế độ Đo độ cong giác mạc</li> <li>- Chế độ Đo khúc xạ</li> <li>- Chế độ đo kính tiếp xúc</li> <li><b>Chế độ đo khúc xạ</b></li> <li>- Độ cầu: -30.00D ~ +22.00D (VD=12.0) (bước đo: 0.12D và 0.25D)</li> <li>- Độ trụ: 0.00 ~ ±10.00D (bước đo: 0.12D và 0.25D)</li> <li>- Trụ: 1 ~ 1800 (bước đo: 10)</li> <li><b>Chế độ đo độ cong giác mạc</b></li> <li>- Bán kính cong: 5.0 ~ 10.0mm (bước đo 0.01mm)</li> <li>- Công suất giác mạc: 33.75 ~ 67.5D (khi chỉ số khúc xạ giác mạc tương đương 1.3375) (bước đo 0.12/ 0.25)</li> <li>- Độ loạn giác mạc: 0.00 ~ ±10.00D (bước đo 0.12/ 0.25)</li> <li>- Trụ: 1 ~ 1800 (bước đo: 10)</li> <li><b>Đặc điểm kỹ thuật khác</b></li> <li>- Khoảng cách đồng tử: lên tới 85mm (bước đo 1mm)</li> <li>- Kích thước đồng tử: f2.0 – 8.5mm (bước đo: 1mm)</li> <li>- Khoảng cách VD: 0; 10; 12; 13.5; 15</li> <li>- Màn hình có thể xoay 500 theo trục dọc và 300 theo trục ngang</li> <li>- Có chế độ đo tự động nhanh</li> <li>- Có chế độ đo khi bệnh nhân đã đặt thủy tinh thể nhân tạo</li> <li>- Có chế độ đo kích thước đồng tử thiếu sáng hoặc đủ sáng</li> <li>- Có khả năng nâng cấp kết nối với Hệ thống kính thử thị lực điện tử.</li> <li>- Có thể đưa ra số cầu tương đương với dữ liệu khúc xạ thu được</li> <li>- Chức năng tiết kiệm điện: tự động tắt máy sau 3, 5, 10 phút</li> <li>- Máy in: in nhiệt, kích thước giấy 58mm</li> <li>- Màn hình LCD 5.7” 145mm</li> <li>- Khoảng di chuyển thân máy: Trước/Sau: ±22mm Trái/Phải: ±43mm Lên/Xuống: ±17mm</li> <li>- Khoảng điều chỉnh tỉ cầm: ±30mm (lên 502mm, xuống 419mm)</li> <li>- Cổng dữ liệu ra: RS-232C</li> <li>- Nguồn điện: 100 – 240V, 50/60Hz</li> </ul>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		- Kích thước: 464 x 229 x 429mm <b>Phụ kiện chuẩn theo máy</b> - Máy chính: 01 chiếc - Mất thử: 01 chiếc - Máy in nhiệt tích hợp trong thiết bị: 01 chiếc - Giấy đặt cảm: 01 tập - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Bạt phủ bụi: 01 chiếc - Dây điện: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 chiếc <i>Chân bàn điều khiển bằng động cơ điện</i>		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

5. Nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu “ báo giá” theo phụ lục Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023. ( File đính kèm).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tấn Khanh**