

Số: 627/YCBG-BVĐKKV

Bắc Bình, ngày 05 tháng 07 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ điểm d, khoản 2 Điều 16 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở dự toán xin chủ trương cho gói thầu mua **Máy gây mê** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Hữu Thời
ĐT: 0336 434 020
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm lập dự toán và báo giá nội dung công việc thực hiện như trên có đóng dấu, gửi chuyển phát nhanh có **NIÊM PHONG** về:

Hội đồng mua sắm Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 16h ngày 05 tháng 07 năm 2024 đến trước 16h ngày 14 tháng 07 năm 2024**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục trang thiết bị cần báo giá như sau:

STT	Danh mục	NỘI DUNG YÊU CẦU	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy gây mê	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất : 2024 trở về sau. - Thiết bị mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485 và CE - Nguồn điện: 220 V , 50 Hz - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ: từ 10 độ C đến 35 độ C + Độ ẩm: từ 20 % đến 80 % (không đọng sương) - Thời gian bảo hành 12 tháng trở lên. - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm đào tạo sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Đảm bảo khả năng cung cấp các vật tư linh kiện thay thế \geq 5 năm. <p>II. Cấu hình thiết bị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Phụ kiện kèm theo bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Dây khí nén: 01 chiếc + Dây oxy: 01 chiếc + Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc + Dây gây mê người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 chiếc + Bóng bóp người lớn: 01 chiếc + Móc đỡ bộ dây: 01 chiếc - Vôi soda: 5 kg - Xe đẩy: 01 chiếc - Màn hình điều khiển: 01 chiếc - Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air: 01 bộ - Cảm biến dòng chảy sử dụng nhiều lần: 02 chiếc - Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda: 01 bộ - Bộ thải khí mê: 01 bộ - Bình bốc hơi: Sevoflurane. - Ấc quy: 01 bộ - Máy nén khí kèm theo: 1 máy - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt <p>III. Đặc điểm kỹ thuật:</p> <p>Máy chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng cho cả người lớn và trẻ em - Máy gây mê được với lưu lượng thấp tối thiểu: 100 mL/phút - Van giới hạn áp lực điều chỉnh trong dải: từ 0.5 tới 70 cmH2O - Tổng thể tích hệ thống thở, bao gồm cả bình hấp thụ CO2 và bóng bóp: <ul style="list-style-type: none"> Chế độ thở máy: 3,01 L Chế độ bóp bóng: 1,504 L <p>Màn hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình màu cảm ứng 8,4 inch - Độ phân giải (Pixel format): 1024 x 768 pixel 	01	Máy

	<p>Cảm biến lưu lượng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến lưu lượng có thể hấp tiệt trùng được <p>Bình bốc hơi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có 02 vị trí lắp bình bốc hơi. <p>Ắc quy dự phòng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động với đầy đủ chức năng trong 90 phút - Loại ắc quy: Ắc quy axit chì, có thể sạc lại <p>Chức năng thở máy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp O2 nhanh: từ 25 tới 75 L/phút - Dải lưu lượng bù: 100 mL/phút tới 15 L/phút. - Có khả năng bù tự động thất thoát do nén tạo ra bởi bình hấp thụ CO2 và bóng xếp. 		
--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tấn Khanh