

Số: 626/YCBG-BVĐKKV

Bắc Bình, ngày 05 tháng 07 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ điểm d, khoản 2 Điều 16 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở dự toán xin chủ trương cho gói thầu mua **Máy rửa màng lọc thận** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Hữu Thời  
ĐT: 0336 434 020
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm lập dự toán và báo giá nội dung công việc thực hiện như trên có đóng dấu, gửi chuyển phát nhanh có **NIÊM PHONG** về:

Hội đồng mua sắm Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 16h ngày 05 tháng 07 năm 2024 đến trước 16h ngày 14 tháng 07 năm 2024**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị cần báo giá như sau:

STT	Danh mục	NỘI DUNG YÊU CẦU	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy rửa màng lọc thận	<p><b>I. Yêu cầu chung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm sản xuất : 2024 trở về sau.</li> <li>- Thiết bị mới 100%</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485</li> <li>- Nguồn điện: 220 V , 50 Hz</li> <li>- Thời gian bảo hành 12 tháng trở lên.</li> <li>- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm đào tạo sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Đảm bảo khả năng cung cấp các vật tư linh kiện thay thế <math>\geq 5</math> năm.</li> </ul> <p><b>II. Cấu hình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 cái</li> <li>- Phụ kiện: Đầy đủ, đạt tiêu chuẩn để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng: Tiếng việt, tiếng anh</li> </ul> <p><b>III. Đặc điểm kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rò rỉ dòng điện &lt; 100 <math>\mu</math>A</li> <li>- Máy rửa cùng lúc 2 quả lọc</li> <li>- Tự động rửa, kiểm tra thể tích, kiểm tra vỡ màng và làm đầy dung dịch sát khuẩn</li> <li>- Máy tự động pha loãng hóa chất</li> <li>- Rửa được tất cả các loại màng lọc thận</li> <li>- Thời gian rửa: khoảng 8 phút / chu kỳ ( 02 quả lọc )</li> <li>- Nước tiêu thụ : dưới 25 lít / chu kỳ</li> <li>- An toàn cho bệnh nhân và người sử dụng.</li> <li>- Tiện lợi cho người sử dụng.</li> </ul>	01	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tấn Khanh**