

Bắc Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm “Máy rửa màng lọc thận” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Kỹ sư: Phạm Hữu Thời ĐT: 0902402829

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm lập dự toán và báo giá nội dung công việc thực hiện như trên có đóng dấu, gửi chuyển phát nhanh có **NIÊM PHONG** về :

Hội đồng mua sắm Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận.

Địa chỉ: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Quý công ty gửi thư đăng ký tên công ty qua ĐC mail: hdmuasambvbacbinh@gmail.com để hội đồng tiện theo dõi.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 14h ngày 06 tháng 10 năm 2023 đến trước 14h ngày 15 tháng 10 năm 2023**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị cần báo giá như sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy rửa màng lọc thận	I. Cấu hình - Máy chính: 01 cái - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485 - Năm sản xuất : 2023 trở về sau. - Thiết bị mới 100% - Phụ kiện: Đầy đủ, đạt tiêu chuẩn để đảm bảo thiết bị - Thời gian bảo hành 12 tháng trở lên. - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm đào tạo sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. Đảm bảo khả năng cung cấp các vật tư linh kiện thay thế ≥ 5 năm. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng: Tiếng việt, tiếng anh II. Đặc điểm kỹ thuật: - Nguồn điện: 220 V , 50 Hz - Rò rỉ dòng điện < 100 μ A - Hiển thị tình trạng hoạt động của máy	01	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo lỗi khi làm việc không an toàn - Máy rửa cùng lúc 2 quả lọc - Tự động rửa, kiểm tra thể tích, kiểm tra vỡ màng và làm đầy dung dịch sát khuẩn - Máy tự động pha loãng hóa chất - Độ chính xác kiểm tra thể tích : sai số 5 ml so với thể tích thực - Rửa được tất cả các loại màng lọc thận - Thời gian rửa: khoảng 8 phút / chu kỳ (02 quả lọc) - Nước tiêu thụ : dưới 25 lít / chu kỳ . - An toàn cho bệnh nhân và người sử dụng. - Tiện lợi cho người sử dụng. 		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

5. Nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu “ báo giá” theo phụ lục Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023. (File đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tân Khanh